ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 08.07.2022

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

HbA1c (145):

Gültigkeitsdauer 6 Monate:

HbA1c (R: B1a)

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Teilnehmer:
3490
Laborgemeinschaft
Westfalen-Lippe
Frau Lohaus-Teige
Zum Gewerbepark 9
44532 Lünen

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-EP-15027-02-00

Gesellschaft zur Förderung der Qualitätssicherung in medizinischen Laboratorien e.V. INSTAND Qualitätskontrolle und Ringversuch DÜSSELDORF

Düsseldorf, 26.07.2022

Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)

Dr. Patricia Kaiser (PhD)
(Ringversuchsleiter)

TEILNAHMEBESCHEINIGUNG

Ringversuch vom 08.07.2022

Sie haben an dem Ringversuch mit folgenden Untersuchungen teilgenommen

HbA1c (145):

HbA1c (R: B1a)

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Teilnehmer:
3490
Laborgemeinschaft
Westfalen-Lippe
Frau Lohaus-Teige
Zum Gewerbepark 9
44532 Lünen

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-EP-15027-02-00

Gesellschaft zur Förderung der Qualitätssicherung in medizinischen Laboratorien e.V. INSTAND Qualitätskontrolle und Ringversuch DÜSSELDORF

Düsseldorf, 26.07.2022

Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)

Dr. Patricia Kaiser (PhD)
(Ringversuchsleiter)

Auflistung und Bewertung der Ergebnisse

3490: Laborgemeinschaft
Westfalen-Lippe
Frau Lohaus-Teige

Ringversuch vom 08.07.2022

Ringversuchsleiter: **Dr. Patricia Kaiser (PhD)**
INSTAND e.V.
Ubierstraße 20
40223 Düsseldorf

Tel.: +49 211-1592 13 210
Fax: +49 211 1592 13 750
Mail: kaiser@instand-ev.de

145 HbA1c

Analyt	Probe	Einheit	**Ihr Wert**	Zielwert	ZW-Art	untere Grenze	obere Grenze	Abwei-chung	Z-Score	Kriterien erfüllt	
HbA1c	41	mmol/mol	77.0	74.1	RMW	68.2	80.0	3.9%	1,08	+	
	42		33.0	33.0	RMW	30.4	35.6	0.0%	0	+	

Analyt	Probe	Ihre Einheit	Mitgeteilter Wert	Umrechnungs-faktor	Methode	Hersteller	Gerät
HbA1c	41		77.0	1.00	59	BR	BR11
	42		33.0	1.00			

Individuelle Gesamtübersicht

3490: Laborgemeinschaft
Westfalen-Lippe
Frau Lohaus-Teige

Ringversuch vom 08.07.2022

145 HbA1c

HbA1c (mmol/mol, N = 414)

Kollektiv	Probe	Zielwert	Bewertungs-bereich	Teilnehmerkollektiv			Quote (%)	
				MW	VK	Anz.	Probe	ges.
RMW	41	74.1	68.2 - 80.0	76.2	3.52	414	89.9	82.6
	42	33.0	30.4 - 35.6	33.0	4.94	414	87.7	

Bestehensquote: 82,6%